



計量証明書

株式会社 リアース

様



株式会社

日本総合科学

広島県福山市箕島町南丘399番地46

電話 (084) 981-0181 (代表)

計量証明事業所 広島県登録第K-61号

計量管理者 氏名 谷脇 雅俊

登録番号 第5894号



採取年月日	平成 24年10月18日	計量証明書番号	12F1285246R
採取時刻	12時20分	発行年月日	平成 24年10月29日
試料名	浸透水	採取者名	石川 稔明
採取場所	産業廃棄物の最終処分場	その他	—

上記試料についての計量の結果を次のとおり証明します。

計量の対象	計量の結果	定量下限値	計量の 方法
アルキル水銀	ND mg/L	0.0005	昭和46年環告59号付表2
総水銀	ND mg/L	0.0005	昭和46年環告59号付表1
カドミウム	ND mg/L	0.001	JIS K 0102 55.3 (2008)
鉛	ND mg/L	0.005	JIS K 0102 54.3 (2008)
六価クロム	ND mg/L	0.02	JIS K 0102 65.2.4 (2008)
砒素	ND mg/L	0.005	JIS K 0102 61.2 (2008)
全シアン	ND mg/L	0.1	JIS K 0102 38.1.2及び38.3 (2008)
ポリ塩化ビフェニル	ND mg/L	0.0005	昭和46年環告59号付表3
トリクロロエチレン	ND mg/L	0.002	JIS K 0125 5.2 (1995)
テトラクロロエチレン	ND mg/L	0.0005	JIS K 0125 5.2 (1995)
ジクロロメタン	ND mg/L	0.002	JIS K 0125 5.2 (1995)
四塩化炭素	ND mg/L	0.0002	JIS K 0125 5.2 (1995)
1,2-ジクロロエタン	ND mg/L	0.0004	JIS K 0125 5.2 (1995)
1,1-ジクロロエチレン	ND mg/L	0.002	JIS K 0125 5.2 (1995)
シス-1,2-ジクロロエチレン	ND mg/L	0.004	JIS K 0125 5.2 (1995)
1,1,1-トリクロロエタン	ND mg/L	0.0005	JIS K 0125 5.2 (1995)
1,1,2-トリクロロエタン	ND mg/L	0.0006	JIS K 0125 5.2 (1995)
1,3-ジクロロプロペン	ND mg/L	0.0002	JIS K 0125 5.2 (1995)
チウラム	ND mg/L	0.0006	昭和46年環告59号付表4
シマジン	ND mg/L	0.0003	昭和46年環告59号付表5の第1
チオベンカルブ	ND mg/L	0.002	昭和46年環告59号付表5の第1
ベンゼン	ND mg/L	0.001	JIS K 0125 5.2 (1995)
セレン	ND mg/L	0.002	JIS K 0102 67.2 (2008)
	以下余白		

備考 NDとは定量下限値未満のことをいう。



計量証明書

株式会社 リアース

様



株式会社 日本総合科学

広島県福山市箕島町南丘399番地46

電話 (084) 981-0181 (代表)

計量証明事業所 広島県登録第K-61号

計量管理者 氏名 谷脇 雅俊

登録番号 第5894号



採取年月日	平成 24年10月18日	計量証明書番号	12F1285247R
採取時刻	12時40分	発行年月日	平成 24年10月29日
試料名	地下水	採取者名	石川 稔明
採取場所	産業廃棄物の最終処分場	その他	—

上記試料についての計量の結果を次のとおり証明します。

計量の対象	計量の結果	定量下限値	計量の 方法
アルキル水銀	ND mg/L	0.0005	昭和46年環告59号付表2
総水銀	ND mg/L	0.0005	昭和46年環告59号付表1
カドミウム	ND mg/L	0.001	JIS K 0102 55.3 (2008)
鉛	ND mg/L	0.005	JIS K 0102 54.3 (2008)
六価クロム	ND mg/L	0.02	JIS K 0102 65.2.4 (2008)
砒素	ND mg/L	0.005	JIS K 0102 61.2 (2008)
全シアン	ND mg/L	0.1	JIS K 0102 38.1.2及び38.3 (2008)
ポリ塩化ビフェニル	ND mg/L	0.0005	昭和46年環告59号付表3
トリクロロエチレン	ND mg/L	0.002	JIS K 0125 5.2 (1995)
テトラクロロエチレン	ND mg/L	0.0005	JIS K 0125 5.2 (1995)
ジクロロメタン	ND mg/L	0.002	JIS K 0125 5.2 (1995)
四塩化炭素	ND mg/L	0.0002	JIS K 0125 5.2 (1995)
1,2-ジクロロエタン	ND mg/L	0.0004	JIS K 0125 5.2 (1995)
1,1-ジクロロエチレン	ND mg/L	0.002	JIS K 0125 5.2 (1995)
シス-1,2-ジクロロエチレン	ND mg/L	0.004	JIS K 0125 5.2 (1995)
1,1,1-トリクロロエタン	ND mg/L	0.0005	JIS K 0125 5.2 (1995)
1,1,2-トリクロロエタン	ND mg/L	0.0006	JIS K 0125 5.2 (1995)
1,3-ジクロロプロペン	ND mg/L	0.0002	JIS K 0125 5.2 (1995)
チウラム	ND mg/L	0.0006	昭和46年環告59号付表4
シマジン	ND mg/L	0.0003	昭和46年環告59号付表5の第1
チオベンカルブ	ND mg/L	0.002	昭和46年環告59号付表5の第1
ベンゼン	ND mg/L	0.001	JIS K 0125 5.2 (1995)
セレン	ND mg/L	0.002	JIS K 0102 67.2 (2008)
	以下余白		

備考 NDとは定量下限値未満のことをいう。